



SZPITAL POWIATOWY
im. Pralata J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich

Strzelce Opolskie dn. 17 marca 2026

0047 / 0-NZ/03/2025

Strona internetowa Szpitala

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń diagnostycznych z zakresu badań mikrobiologicznych

Pytania nr 1: Czy istnieje możliwość usunięcia z załącznika nr 1 do SWZ (Szczegółowe warunki jakie spełnić musi Oferent) pkt. 14 ?

Czy istnieje możliwość nie zapewnienia transportu przy wykonywaniu badań.

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa z załącznika nr 1 do SWZ w pkt. 14 nw. zapisy:

- 2 x w roku tj. Do 20.07 i do 20.01 roku następnego ewidencji wszystkich patogenów uzyskanych z badań mikrobiologicznych z podziałem na czynniki nie alarmowe i alarmowe dla poszczególnych oddziałów,
- ogólną liczbę i % izolowanych szczepów (rodzaj i gatunek), zbiorczo od wszystkich pacjentów oraz z podziałem na oddziały,
- liczbę i % dodatnich posiewów do ogólnej liczby próbek,
- raport lekowrażliwości (liczba i %) dla patogenów alarmowych.

Zamawiający zaleca, aby przy wypełnianiu tego załącznika, oferent skreślił ww. pozycje.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ w pkt. 7:

- Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru i transportu materiałów do badań mikrobiologicznych, własnym transportem wyłącznie w przypadku, gdy miejsce wykonywania świadczeń przez Oferenta będzie zlokalizowane w odległości do 35 km od Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich w kierunku Opola. W przypadku USK w Opolu zamawiający dopuszcza transport własny.

Pytania nr 2:

Panel Tropical Fever (PCR)- testy trudno dostępne, prosimy o usunięcie z oferty

Badanie przesiewowe w kierunku bakterii wytwarzających ESBL.- badania już się nie wykonuje od dawna, zastąpiło je badaniem Badanie przesiewowe w kierunku wankomycynoopornych enterokoków (VRE) Oraz Badaniem przesiewowe w kierunku pałeczek wytwarzających karbapenemazy CPE. - prosimy o usunięcie z oferty

- badań w kierunku bakterii wytwarzających ESBL nie wykonujemy rutynowo, mogą okazać się potrzebne w opracowaniu ogniska epidemicznego, dopuszczamy możliwość braku posiadania testu

Badanie kału w kierunku *Vibrio cholerae*.- testy trudno dostępne- brak testów na pojedyncze oznaczenia , prosimy o usunięcie z oferty

Odpowiedź: - Zamawiający odstępuje od wymogu zaoferowania ww. pozycji. Zamawiający zaleca, aby przy wypełnianiu tego załącznika, oferent skreślił ww. pozycje.

Jakościowe wykrywanie DNA *Bordetella pertusis* (krztusiec), *B.holmesii*, *B.parapertusis* (PCR)- posiadamy panel zawierający Badanie PCR w kierunku krztuśca (*Bordetella pertussis*/ *Bordetella parapertussis*) - czy jest możliwość zamiany badań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany badań, zgodnie z powyższą sugestią.

Z poważaniem:

DYREKTOR
Bm
Beata Czempie!

guc